



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
 INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS M-1

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
05933-24	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml		
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA		
	Temp. de recepción lesp: 1 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
03/12/2024 11:20	03/12/2024 14:03	12/12/2024	LESPNAY/RM/013914/2024

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	199	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2024-12-03 15:17:00	2024-12-04 15:17:00
ESCHERICHIA COLI	41	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2024-12-03 15:17:00	
PH	8.2±0.16 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2024-12-03 15:30:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 1°C

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
 ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
 12/07/2024 al 12/07/2026
 COFEPRIS Autorización
 No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

(Handwritten Signature)
 Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
 CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.